

## **PYTANIE:**

*Dzień Dobry, w nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na „zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: „Stworzenie Laboratorium Technologii Betonu celem wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa”. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy następujące urządzenie mają posiadać świadectwa wzorcowania z akredytacją PCA:*

- *prasa do betonu*
- *sita tkane*
- *sita perforowane*
- *aparat VSS.*

## **ODPOWIEDŹ:**

Dzień Dobry, odpowiedzi na zapytanie wszystkie urządzenia n/w :

- prasa do betonu
- sita tkane
- sita perforowane
- aparat VSS

jak i również waga laboratoryjna **mają posiadać świadectwa wzorcowania z akredytacją PCA.**

Z poważaniem  
Bożena Kozuchowska